



## ATA FINAL

HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO  
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 001/2026  
CONVÊNIO Nº 007/2025  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Às 08:00 do dia 07 de Maio de 2026, reuniu-se os membros da Comissão de Processo de Compras, para julgar as propostas recebidas relativo a Cotação Prévia de Preços de nº 001/2026 cujo objeto é a aquisição de:

OBJETO	QUANT.
ARCO CIRURGICO	1

Em conformidade com o Convênio nº 007/2025, celebrado entre a SES/MG, por intermédio do Município de Curvelo, e o Hospital Imaculada Conceição.

A Cotação Eletrônica foi regida pelo artigo 17 do Decreto Estadual nº 48.600/2023 e pelas condições estabelecidas na Cotação Prévia de Preços nº 001/2026 e seus anexos.

Após a publicação do edital no site da instituição para aquisição de Arco Cirúrgico móvel com intensificador de imagens, foram apresentados pedidos de esclarecimentos/questionamentos técnicos por empresa interessada, os quais foram encaminhados para análise da Engenharia Clínica da instituição.

Após manifestação técnica, optou-se inicialmente pela preservação das especificações constantes no edital, sendo posteriormente realizada a reabertura do prazo para apresentação de propostas, em observância aos princípios da publicidade, transparência e ampla competitividade. O prazo para recebimento das propostas ocorreu no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Encerrado o prazo, constatou-se o recebimento de apenas uma proposta válida, apresentada pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, referente ao equipamento modelo Zenition 10, no valor de R\$ 402.000,00 (quatrocentos e dois mil reais).

A proposta foi submetida à análise técnica da Engenharia Clínica, conforme parecer anexo ao processo, sendo verificado que o equipamento ofertado atende integralmente às necessidades assistenciais da instituição e às especificações técnicas essenciais previstas no descritivo, divergindo apenas quanto à tecnologia de captação de imagem, tendo sido ofertado sistema com detector plano (Flat Panel) em substituição ao intensificador de imagens inicialmente previsto.

Conforme parecer técnico emitido, a tecnologia Flat Panel representa evolução tecnológica superior ao sistema de intensificador de imagens, apresentando vantagens relacionadas à qualidade de imagem, menor degradação ao longo do tempo, eliminação de distorções geométricas, melhor resolução de contraste, menor exposição à radiação e maior ergonomia operacional no ambiente cirúrgico.

Consta ainda no parecer técnico que a tecnologia inicialmente prevista no edital não contemplava detector plano em razão da limitação orçamentária usualmente observada para equipamentos dessa categoria, entretanto, a proposta apresentada permaneceu compatível com o valor provisionado pela instituição para aquisição do equipamento.



COMPLEXO HOSPITALAR  
**IMACULADA  
CONCEIÇÃO**  
*Amor ao próximo e a vida*

Entidade Filantrópica e de Utilidade Pública por  
Decreto Federal desde 1971 - CNPJ: 16.881.161.0001-71

Av. Timbiras, 590 – Bairro Tibira – Curvelo – MG Fone: (38) 3721-1211  
[WWW.HOSPITALIMACULADA.ORG.BR](http://WWW.HOSPITALIMACULADA.ORG.BR)

Dessa forma, considerando:

- a publicidade do processo e a reabertura de prazo;
- o recebimento de apenas uma proposta válida;
- o atendimento integral à finalidade assistencial pretendida;
- a oferta de tecnologia superior à originalmente prevista;
- a compatibilidade da proposta com o valor estimado para aquisição;
- e a manifestação favorável da Engenharia Clínica;

a Comissão de Processo de Compras decide pela aceitação da proposta apresentada pela empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, para fornecimento do Arco Cirúrgico modelo Zenition 10.

A proposta classificada foi a seguinte:

ARCO CIRÚRGICO	
FORNECEDOR PARTICIPANTE	PROPOSTA (R\$)
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 402.000,00

Após análise documental e técnica, verificou-se que a proposta apresentada encontra-se compatível com as necessidades da instituição, com o plano de trabalho do convênio e com os recursos financeiros disponíveis para aquisição.

Dessa forma, a Comissão declara vencedora da Cotação Prévia de Preços nº 001/2026 a empresa:

ITEM	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	PROPOSTA	
ARCO CIRURGICO	R\$	402.000,00
<b>TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$</b>	<b>402.000,00</b>

Definido o resultado, a Comissão autoriza o setor competente a promover os atos subsequentes de homologação e contratação.




Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada pelos participantes.

Curvelo, 07 de Maio de 2026.

Ir. Maria Dilma Coelho  
Diretora Presidente

Heriberto Bicalho Martins  
Diretor Executivo

Marcelle Silva Gomes  
Supervisora de Compras

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_