

ATA FINAL

HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 002/2026
PROCESSO Nº 4400197-60.2025.8.13.0209
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Às 08:00 do dia 17 de Setembro de 2026, reuniram-se os membros da Comissão de Processo de Compras, para julgar as propostas recebidas relativas a Cotação Prévia de Preços de nº 002/2026, com base no parecer técnico da engenharia clínica, cujo objeto é a aquisição de:

OBJETO	QUANT.
TORRE DE VÍDEO COMPLETA	1

Em conformidade com o Processo 4400197-60.2025.8.13.0209, celebrado entre o TJMG – Comarca de Curvelo, e o Hospital Imaculada Conceição.

A Cotação Prévia foi realizada em observância às disposições aplicáveis à utilização dos recursos destinados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, especialmente à Resolução CNJ nº 558/2024, às normas regulamentares do TJMG e às condições estabelecidas na Cotação Prévia de Preços nº 002/2026 e seus anexos.

Após a publicação do edital no site da instituição para aquisição do Sistema de Videocirurgia 4K, o prazo para recebimento das propostas ocorreu no período de 14/08/2026 a 21/08/2026.

Encerrado o prazo, constatou-se o recebimento de 3 (três) propostas para o referido equipamento.

As propostas foram submetidas à análise técnica da Engenharia Clínica, conforme parecer anexo ao processo, sendo verificado que os equipamentos ofertados atendem às necessidades assistenciais da instituição e às especificações técnicas essenciais previstas no descritivo, divergindo em algumas tecnologias que foram avaliadas individualmente, pela engenharia clínica em conjunto com a equipe médica.

Conforme parecer técnico emitido:

- O fornecedor Global Medical Service Ltda – Fabricante/ Marca: Karl Storz

Solicitamos: *Microcâmara de Definição Ultraelevada, com 3 sensores de imagem;*

Avaliação: O modelo trabalha com sistema de 2 sensores, mas, a imagem entregue é de altíssima qualidade não havendo diferenças no manuseio para o corpo clínico. Se tratando nesse caso apenas de uma diferença tecnológica, mas sem alteração do resultado.

Solicitamos: - *Objetiva com foco e zoom 14/16 mm a 28/30 mm manual e zoom digital de 4x a 6x, integrado à cabeça da câmera.*

Avaliação: O modelo fornecido possui zoom máximo de 3X, que tem baixo impacto no uso, por ser próximo ao zoom desejado.

Solicitamos: *Possuir 4 botões na cabeça de câmera, livremente programáveis, podendo controlar a gravação de vídeos e imagens, realizar o balanço do branco; acionamento de recursos e zoom.*

Avaliação: O modelo possui 3 botões apenas, por se tratar de botões que permitem programação de múltiplas ações pela combinação de comando curto e comando prolongado, tal questão não gera impacto no uso.

- O fornecedor Stryker do Brasil Ltda – Fabricante/ Marca: Stryker

Solicitamos: *Possibilidade de controle do insuflador através do cabeçote da câmera.*

Avaliação: O modelo ofertado pela marca não possui tal integração, o que afeta muito pouco no uso uma vez que os recursos de preferência do corpo clínico acessar pela câmera geralmente são ligados a imagem, causando baixo impacto.

- O fornecedor Strattner & Cia Ltda – Fabricante/ Marca: Olympus Medical

Solicitamos: *Microcâmara de Definição Ultraelevada, com 3 sensores de imagem;*

Avaliação: O modelo trabalha com sistema de 1 sensor, mas, a imagem entregue é de altíssima qualidade não havendo diferenças no manuseio para o corpo clínico. Se tratando nesse caso apenas de uma diferença tecnológica, mas sem alteração do resultado.

Solicitamos: *Objetiva com foco e zoom 14/16 mm a 28/30 mm manual e zoom digital de 4x a 6x, integrado à cabeça da câmera.*

Avaliação: O modelo fornecido possui zoom máximo de 2X, que tem sim impacto no uso, ainda mais por se tratar de apenas metade do valor do zoom mínimo desejado.

Solicitamos: *Saídas de vídeo digitais: 2x HDMI 2.0 configuráveis*

Avaliação: O modelo trabalha com saídas SDI, que possuem mesma qualidade de imagem, porém são menos comuns a monitores, o que pode ser prejudicial em uma eventual falha do monitor que acompanha o modelo, e por não se tratar de um padrão regional, o equipamento pode ficar parado até a aquisição de um novo monitor ou realização do reparo do danificado.

Solicitamos: *Tela touchscreen para controle e ajustes. (Fonte de luz)*

Avaliação: A fonte de Luz do modelo é integrada ao console da câmera, tendo seus ajustes realizados por uma tela Touch, mas no console da câmera. Esse é um ponto observado negativamente em detrimento de que um dano no console da câmera pode inutilizar a fonte de luz, por inviabilizar a realização de ajustes

Solicitamos: *Possibilidade de controle do insuflador através do cabeçote da câmera.*

Avaliação: O modelo ofertado pela marca não possui tal integração, o que afeta muito pouco no uso uma vez que os recursos de preferência do corpo clínico acessar pela câmera geralmente são ligados a imagem, causando baixo impacto

Consta ainda no parecer técnico que considerando o manuseio por parte do corpo clínico, recursos, tecnologia, manutenção e possibilidade de disponibilidade em caso de danos de partes do conjunto, se recomenda a aquisição do sistema de videocirurgia oferecido pela Global Medical Service Ltda, representante da marca Karl Storz, por possuir alto padrão de qualidade, menor custo de aquisição dentre os concorrentes e as características de construção incompatíveis com o descritivo não impactarem a usabilidade e atenderem às necessidades do corpo clínico em sua totalidade, não havendo perda técnico/operacional para a Instituição.

Dessa forma, considerando:

- o atendimento integral à finalidade assistencial pretendida;
- a oferta de tecnologia compatível com as necessidades da Instituição;
- a compatibilidade da proposta com o valor estimado para aquisição;
- e a manifestação favorável da Engenharia Clínica;

A Comissão de Processo de Compras decide pela aceitação da proposta apresentada pela empresa Global Medical Service Ltda, para fornecimento da Torre de Vídeo Completa.

Consideradas tecnicamente aptas ao atendimento da finalidade assistencial, as propostas foram classificadas em ordem crescente de preço, conforme segue:

TORRE DE VIDEO COMPLETA	
FORNECEDOR PARTICIPANTE	PROPOSTA (R\$)
GLOBAL MEDICAL SERVICE LTDA	R\$ 472.500,00
STRYKER DO BRASIL LTDA	R\$ 534.891,04
STRATTNER & CIA LTDA	R\$ 595.264,27

Após a análise dos documentos de habilitação, das propostas comerciais e do parecer técnico da Engenharia Clínica, verificou-se que a empresa Global Medical Service Ltda. se encontra habilitada e que o equipamento ofertado atende à finalidade assistencial pretendida, conforme ressalvas e justificativas constantes do parecer técnico anexo.

Dessa forma, considerando o menor preço apresentado entre as propostas tecnicamente aceitas, a Comissão declara vencedora da Cotação Prévia de Preços nº 002/2026 a empresa:

ITEM	GLOBAL MEDICAL SERVICE LTDA	
	PROPOSTA	
TORRE DE VÍDEO COMPLETA	R\$	472.500,00
TOTAL DA PROPOSTA	R\$	472.500,00

Definido o resultado, a Comissão autoriza o setor competente a promover os atos subsequentes de homologação e contratação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que segue assinada pelos participantes.

Curvelo, 17 de Setembro de 2026.

Ir. Maria Dilma Coelho
Diretora Presidente

Heriberto Bicalho Martins
Diretor Executivo

Marcelle Silva Gomes
Supervisora de Compras

Deywes Maurício de Sales
Coordenador Executivo

Dr. Frederico de Souza Ferreira
Diretor Técnico